

# 台州学院

## 实验室安全工作月报

(2025年11-12月)

国有资产与实验室管理处 编

2025年第4期

### 目 录

一、学校工作动态 .....	1
二、校级检查活动 .....	3
三、安全隐患通报 .....	5
四、学院工作亮点 .....	7

## 一、学校工作动态

1.11 月至 12 月，校党委书记朱坚、校党委副书记项凤日和副校长韩得满多次率领国资处、安全保卫部、后勤管理处等部门开展实验室安全检查，为参评 5A 校园积极准备。

2.11 月 14 日，学校邀请专家入校开展 5A 校园预评审工作。国资处联合安全保卫部对现场检查发现的安全隐患进行分类，并制定整改项目表，督促各学院开展整改工作。相关学院积极安排人员，对照要求逐一整改，并及时上报至安全保卫部和国资处。

3.12 月 10 日，浙江省教育厅 5A 平安校园专家组入校开展考评工作，实验室作为现场考评的主要内容之一。专家深入医药化工学院、生命科学学院、智能制造学院等开展实验室安全检查，副校长韩得满陪同。

4.针对 10 月 10 日椒江区特种设备监察科检查发现的实验室压力容器安全阀超期未检验的问题，学校组织集中排查、整改，并于 11 月 14 日将整改结果上报至椒江区特种设备监察科。

5.11 月 19 日，椒江区禁毒大队入校开展易制毒化学品的检查，同时科普法律知识，要求学校按照相关法律法规要求，定期上报核磁数据等工作。国资处、教务处和涉及易制毒化学品使用的二级学院管理人员参加。

6.12 月 15 日，国资处下发《关于停用生命科学学院两

台高压蒸汽灭菌器的通知》，要求生命科学学院停止使用两台超期服役的高压蒸汽灭菌器（资产编号分别为 2014037300 和 2014038400，单价均为 35426.34 元），并办理报废手续。目前，该学院正在积极开展相关报废工作。

7.根据公安部门要求，管控类危险化学品使用单位应每季度开展定期自查工作，并在“浙江省危险化学品防控大数据平台公共安全子系统”完成易制爆化学品使用、管理情况的填报，国有资产与实验室管理处分别于 11 月 3 日、12 月 11 日在二级学院配合下完成相关工作。

8.根据台州市疾病预防控制中心的通知，我市各高等院校及科研机构需对所辖生物实验室进行“2025 年第四季度浙江省实验室生物安全检查”，并在“浙江省病原微生物实验室生物安全评价系统”中完成相关数据填报工作。我校已于 12 月 15 日顺利完成了此项任务。

9.根据浙江省特种设备监察部门要求，特种设备使用单位每月应在“特种设备在线上”信息平台填报特种设备的使用、管理情况。国资处分别于 11 月 14 日、12 月 11 日对学校实验室压力容器和行车类特种设备逐一核对并确认上报。

10.为及时处置实验室化学废弃物和实验动物尸体，国资处分别联系医疗废物处置有限公司、台州环海环保科技有限公司对全校实验动物尸体（12 月 1 日，0.6 吨）、化学废弃物（11 月 17 日，5.05 吨；12 月 2 日，4.21 吨；12 月 9 日，

3.47 吨)分批次集中清运，并在浙江省固体废物监管信息系统中完成相关报备工作。

11.12 月 8 日，国资处对临海城东校区历史遗留化学品进行排查，并邀请台州市环海环保科技有限公司相关工作人员进行转移评估，下一阶段将开展转移工作。

## 二、校级检查活动

### 1.5A 平安校园实验室预评审专项检查

11 月 14 日，学校邀请校外专家入校开展 5A 平安校园实验室预评审专项检查。检查发现个别教学实验室内缺少烟感报警器、个别科研实验室制度未上墙、干燥箱缺警示标识、一些冰箱缺少试剂清单、个别气体瓶与配电箱距离过近、烘箱内有易燃物等安全隐患共计 42 处。截至目前相关隐患已全部完成整改。

### 2.5A 平安校园迎检前实验室安全专项整治

11 月至 12 月，国资处处长王超、副处长金海多次率队开展实验室安全专项检查工作。检查发现“管控类化学品未执行五双管理”、“实验室内管控类化学品超量存放”、“气瓶状态标识不准确”等 16 处安全隐患。国资处现场下达整改通知书，要求相关学院立即督促落实、及时反馈。相关责任人均在规定时间内完成整改。

### 3.2025 年度实验室安全考核现场检查

12 月 25 日至 29 日，国资处邀请各学院实验室主任作为

专家，开展 2025 年度实验室安全考核现场检查。检查发现化学试剂无标签、空调未使用专门插座、消防沙有杂物、易制爆试剂（硫）未双锁存放、废液敞口放置、原厂试剂标签不完整、气瓶没有固定、化学品未分类存放、电箱防护板脱落等安全隐患共计 19 处。目前正处于整改之中。

#### 4. 学生协查组每周巡查

第 9 周：11 月 6 日，分别对临海校区、椒江校区 97 间实验室开展巡查，发现灭火器未及时登记更新、电箱防护板未及时关闭、室内杂物堆放等安全隐患共计 10 处。截至目前相关隐患全部完成整改。

第 10 周：11 月 12 日，对椒江校区 87 间实验室开展巡查，发现化学废弃物未及时清运、灭火器未及时登记更新、气瓶未有效固定，无状态标识和无使用记录本、电箱防护板未及时关闭、室内杂物堆放、无实验室安全信息牌或分级分类不准确等安全隐患共计 18 处。截至目前相关隐患已全部完成整改。

第 11 周：11 月 19 日，分别对临海校区、椒江校区 95 间实验室开展巡查，发现废液桶敞口放置、实验室消防通道堵塞、化学试剂未分类存放、易燃爆化学试剂存放过多等安全隐患共计 9 处。截至目前相关隐患已全部完成整改。

第 12 周：11 月 26 日，对椒江校区 79 间实验室开展巡查，发现化学试剂未分类存放、电箱防护板未及时关闭等安

全隐患共计 3 处。截至目前相关隐患已全部完成整改。

第 13 周：12 月 3 日，分别对临海校区、椒江校区 104 间实验室开展巡查，发现无实验室安全信息牌或分级分类不准确、化学试剂开口放置、灭火器未及时登记更新等安全隐患共计 3 处。截至目前相关隐患已全部完成整改。

第 14 周：12 月 11 日，对椒江校区 88 间实验室开展巡查，发现灭火器未及时登记更新、气瓶未有效固定等安全隐患共计 4 处。截至目前相关隐患已全部完成整改。

第 15 周：12 月 17 日，分别对临海校区、椒江校区 111 间实验室开展巡查，发现易燃爆化学试剂存放过多、实验室消防通道堵塞、化学试剂未分类存放等安全隐患共计 4 处。截至目前相关隐患已全部完成整改。

第 16 周：12 月 25 日，分别对临海校区、椒江校区 103 间实验室开展巡查，发现易燃爆化学试剂存放过多、实验室内存放生活物品、室内杂物堆放、灭火器未及时登记更新等安全隐患共计 4 处。截至目前相关隐患已全部完成整改。

### 三、安全隐患通报

11 至 12 月，国资处共组织校级实验室安全检查 10 次，发现安全隐患 90 处，目前已完成 74 条整改，其余 16 条隐患处于整改之中。

表1 学院实验室安全隐患数目及主要隐患统计表

序号	学院(部门)	隐患数	主要隐患
1	医药化工学院	22	1. 电箱防护板未及时关闭; 2. 实验室消防通道堵塞; 3. 化学试剂未分类存放; 4. 易燃爆化学试剂存放过多; 5. 烘箱周围杂物堆放; 6. 灭火器未及时登记更新。
2	生命科学学院	14	1. 化学试剂未分类存放; 2. 灭火器未及时登记更新; 3. 实验区与学习区未分开; 4. 室内杂物堆放, 未及时清运; 5. 易制爆试剂未双锁存放。
3	材料科学与工程学院	6	1. 灭火器未及时登记更新; 2. 烘箱内有塑料制品。
4	药学院	28	1. 易燃爆化学试剂存放过多; 2. 化学废弃物未及时清运; 3. 灭火器未及时登记更新; 4. 废液桶敞口放置; 5. 化学试剂标签不规范; 6. 实验室消防通道堵塞。
5	医学院	9	1. 化学试剂标签不规范; 2. 化学试剂未分类存放。
6	信息技术中心	8	1. 电箱防护板未及时关闭; 2. 实验室内存放生活物品
7	外国语学院	2	无
8	艺术与设计学院	1	无
9	商学院	0	无
10	教师教育学院	0	无
11	人文学院	0	无
12	建筑工程学院	0	无
13	智能制造学院	0	无
14	电子与信息工程学院	0	无

合计	90
----	----

#### 四、学院工作亮点

1.为积极响应学校5A平安校园迎评工作，材料科学与工程学院分别开展实验室气体钢瓶专项整治与实验室环境美化活动，统一固定各实验室气体钢瓶、修复受损墙皮、更新文化展板，学院实验环境焕然一新。

2.5A平安校园迎评工作前期，各二级学院积极配合安全保卫部、国有资产与实验室管理处等部门开展了一系列实验室安全整治工作，最大程度的降低检查期间的负面影响。与之前相比，各学院实验室环境更加整洁、舒适。